



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Предприятие «Мелитта» (ООО «НПП «МЕЛИТТА»).

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10, адрес места осуществления деятельности: Россия, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10, корп. 16. Основной государственный регистрационный номер: 1037715021970. Номер телефона (495) 729-35-34, адрес электронной почты mail@melitta-uv.ru.

в лице Генерального директора Гольдштейна Якова Абраммеровича, действующего на основании Устава,
заявляет, что

Установка импульсная ультрафиолетовая переносная для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений.
Модель «АЛЬФА-11».

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Предприятие «Мелитта» (ООО «НПП «МЕЛИТТА»). Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10. Основной государственный регистрационный номер: 1037715021970. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10, корп. 16. Номер телефона (495) 729-35-34, адрес электронной почты mail@melitta-uv.ru.

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция

Технические условия МЮРА.941712.025ТУ

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 89 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768 (с изменениями на 10 июня 2022 года), ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879 (с изменениями на 10 июня 2022 года).

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № LVD_20251020 от 28.01.2025, № EMC_20251020 от 20.01.2025 Испытательной лаборатории ООО «Группа СТМ»; руководства по эксплуатации МЮРА.941712.025РЭ.

Схема декларирования соответствия 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов): стандарт в целом ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"; разделы 6 и 7 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования"; разделы 5 и 7 ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"; разделы 4 и 6 ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий".

Условия эксплуатации: температура от минус 10 °С до плюс 35 °С, относительная влажность 80 % при плюс 25 °С, атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа, остальные климатические факторы, соответствующие исполнению УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования: при температуре окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения: не допускается присутствие проводящей пыли и паров химических соединений, вызывающих коррозию проводников и разрушение электрической изоляции в помещениях хранения.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.02.2030 включительно.

(подпись)

Яков Абраммерович Гольдштейн

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.64191/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.02.2025

